

**Сводка замечаний и предложений
по первой редакции проекта межгосударственного стандарта
«Газы углеводородные сжиженные. Метод определения давления насыщенных паров» (на основе ГОСТ Р 50994-96)**

	Структурный элемент стандарта	Сокращенное наименование национального органа	Предложение, замечание	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
1	В целом по стандарту	Госстандарт Республики Кыргызстан	Замечаний и предложений нет	
2	Раздел 2	Госстандарт Республики Беларусь	Уточнить ссылку на проект межгосударственного стандарта «ГОСТ 14921»	Принято. Ссылка на стандарт уточнена
3	Раздел 3	Госстандарт Республики Беларусь	Уточнить, конкретизировать состав предлагаемой охлаждающей смеси, так как смесь соли и льда не обеспечивает температуру минус 35 °С. Целесообразно установить одну охлаждающую смесь, описать способ ее приготовления или дать ссылку на соответствующие справочники	Принято. Добавлено приложение Б (справочное) Примеры приготовления охлаждающих смесей
4	Раздел 4	Госстандарт Республики Беларусь	п. 4.1 уточнить, описать оборудование, применяемое для проведения испытаний	Принято. Данные по применяемому оборудованию приведены в разделе 4 «Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы»

Зам. генерального директора АО «ВНИИУС», профессор

Заведующая лабораторией стандартизации АО «ВНИИУС», к.х.н.




А.Ф. Вильданов

М.М. Латыпова